

塩乾湿複合サイクル試験機

区分	設備
分類	環境試験機器類
メーカー	スガ試験機（株）
型式	CYP90

仕様及び性能

適用試験：中性塩水噴霧試験（JIS Z2371）、塩水噴霧・乾燥・湿潤を組み合わせた複合サイクル試験

温湿度範囲：塩水噴霧時 35℃～50℃、乾燥時（外気温+10℃）～70℃、湿潤時（外気温+10℃）～50℃、60%RH～95%RH

内寸法：90 cm×60 cm×50 cm

試験片取り付け数：150 mm×70 mm の試験片として 48 枚取り付け可能

※上記の仕様・性能は、カタログからの引用等ですので、実際に測定・試験ができる試料や測定物の種類・大きさ・形状等につきましては、担当職員までご確認ください。

用途 製品、表面処理材の塩水噴霧試験・乾燥試験・湿潤試験および
それらのサイクル試験による耐食性評価試験

導入年 2006 年



料金 420 円/時間

設置場所 福島県ハイテクプラザ（郡山）

予約・連絡先 024-959-1738（分析・化学科）

備考

県外企業は料金が 2 倍となります。詳しくは担当職員までご確認ください。