

令和5年3月13日

福島県ふたば医療センター附属病院医療機器保守業務委託

条件付一般競争入札に係る質問について（回答）

令和5年3月1日付け公告に関するこのことについては、下記のとおりです。

記

質問項目	質問内容	回答
1	機器別仕様書 10 放射線測定器（サーベイメータ）点検校正内 4 業務内容 ②機器校正 「JIS Z 4511 に準じる」と記載がありますが表面汚染サーベイメータですので、規格は、JIS Z 4329 にあたるかと思いますがその内容での点検校正として如何でしょうか？	「JIS Z 4329 に準じる」の誤りです。 訂正した仕様書をホームページに掲載しました。