

## 仕様書

1 品目及び数量	
日本光電工業 AEDモード付除細動器 TEC-5631 一式	
デフィブリレータ カルジオライフ TEC-5631 経皮ペーシング付	1台
バッテリーパック X065 NKB-301V YZ-024H9 12V 充電式	1個
架台 KD-561V	1台
バスケット DI-831V	1個
SDメモ리카ード QM-002D	1枚
使い捨てパッドP-711 H329 TEC用成人小児乳児 1.5m	1組

### 2 納搬入、設置条件及び調整等に関する事

- (1) 納入に係る一切の費用については、落札者の負担とする。  
(設置に係る工事費、調整費用等を含む。)
- (2) 納入機器は当院が指定する院内の場所に搬入、調整し、転倒防止策を講じた上、納品すること。  
また、搬入、納品を行う際は、当院の希望に沿うように日程調整を行うこと。
- (3) 電気を使用する機器については、電気容量、入力電圧、漏電対策を当院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

### 3 保守体制に関する事

- (1) 当院から要請があった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。
- (2) 納品から1年間は機器が正常に稼働するために必要な保守、点検(定期交換部品を含む)を無償で行うこと。
- (3) 機器の部品は準備し、適正な価格で提供すること。

### 4 その他

- (1) 稼働にあたり、落札者の負担において当院に操作説明員を派遣し、教育訓練を行うこと。  
また、その後必要に応じて派遣または電話の対応等の体制を確保すること。
- (2) 本仕様に明記されていない事項であっても、本機器の運用上必要な事項は、怠りなく装備あるいは施工し、疑義については当院と協議し、その指示に従うこと。