

入札説明書等に関する回答書

令和6年11月20日

福島県立南会津病院長

案件名	HDF仕様透析装置 一式
質 問 事 項	
仕様書内の「1 品目及び数量」にて試運転調整費1式と明記されているが、同仕様書内の「2 納搬入、設置条件及び調整等に関すること」(1)の文面では「調整費用等落札者負担」と明記されている。内容に矛盾が生じているのではないか。	
回 答 事 項	
仕様書内の試運転調整費用は病院負担とする。	