

別紙1

排ガス処理装置保守点検項目

1 設備一覧

型式及び数量：オリエンタル技研工業株式会社

| | | |
|--|----|-----------|
| (1) 塩ビ製ドラフトチャンバー (GX-1500ⅡHCS) | 2台 | 2階ドラフト室 |
| (2) 塩ビ製ドラフトチャンバー (GX-1800ⅡHCS) | 2台 | 2階ドラフト室 |
| (3) カリフォルニアフード (GCH-1600PVCS) | 1台 | 2階ドラフト室 |
| (4) 卓上フード (GCH-ASI-900Ⅱ) | 2台 | 2階 試料調整室 |
| (5) 排ガス洗浄装置 (白煙除去装置含む) (FSW-108+HWP1301) | | 1式 屋上 |
| (6) 排気ファン及びダクト (2階灰化室、乾燥室系統) | | 1台 屋上 |
| (7) 排気ファン及びダクト (2階灰化室、乾燥室、試料前処理室系統) | | 1台 屋上 |
| (8) 塩ビ製ドラフトチャンバー (GX-Ⅱ-1800S) | 3台 | 2階機器分析室 |
| (9) カリフォルニアフード (GCH-1500PVCS) | 1台 | 2階機器分析室 |
| (10) 卓上フード (DFD31-BV18-AA0T) | 2台 | 2階放射化学処理室 |
| (11) 卓上フード (DFD32-BH24-AA0T) | 1台 | 2階試料濃縮室 |
| (12) 卓上フード (DFD31-BV15-AA00) | 1台 | 2階試料濃縮室 |
| (13) 排ガス処理装置 (AMVSK-80) | 1台 | 建物1階北東側 |

2 保守点検実施回数

- ・定期点検 2回/年
- ・簡易点検 2回/年
- ・排ガス処理装置清掃 2回/年
- ・各装置の清掃 2回/年

※実施時期については、発注者と受注者で協議の上、決定致します。

3 点検作業内容及び点検内容

点検項目の詳細は別紙2及び別紙3のとおりとし、通常保守には、対象機器へのグリース注入、センサーの洗浄、pH計の内部液の補充、校正などを含みます。