

EPZ局舎一覧表

局数	局舎名	住所	区域	点検頻度	局舎	測定機器											非常用発電機			
						カメラ装置	放射線測定装置						ダストモニタ(ろ紙交換あり)		気象観測装置					
							低線量率計	記録媒体	高線量率計	記録媒体	レコーダー	中性子線量当量率計	記録媒体	レコーダー	記録媒体	記録媒体		レコーダー		
1	広野町 二ツ沼	広野町大字下北迫字大谷地原63-1		1回/月	○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード								○	
2	檜葉町 山田岡	檜葉町大字山田岡字仲丸1-77			○	○	○	USBメモリ	○	CFカード	CFカード								○	
3	檜葉町 繁岡	檜葉町大字上繁岡字山神97-36			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ CFカード	○	SDカード	CFカード	○
4	檜葉町 松館	檜葉町大字上繁岡字中平218-2			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード									○
5	檜葉町 波倉	檜葉町大字波倉字前山1-2			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード									○
6	富岡町 上郡山	富岡町大字上郡山字滝ノ沢426-5			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード									○
7	富岡町 下郡山	富岡町大字下郡山字原下155			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード									○
8	富岡町 富岡	富岡町本町一丁目1			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード	CFカード	○
9	富岡町 夜の森	富岡町大字夜の森南一丁目25			○	○	○	USBメモリ	○	CFカード	CFカード									○
10	大熊町 向畑	大熊町大字小入野字向畑257	帰還困難区域		○	○	○	USBメモリ	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ				○
11	大熊町 南台	大熊町大字夫沢字南台82-7	帰還困難区域		○	○	○	USBメモリ	○	CFカード	CFカード									○
12	大熊町 大野	大熊町大字下野上字大野595-8			○	○	○	CFカード	○	USBメモリ	CFカード	○	CFカード	CFカード	○	USBメモリ	○	SDカード	CFカード	○
13	大熊町 夫沢	大熊町大字夫沢字大282-1	帰還困難区域		○	○	○	USBメモリ	○	CFカード	CFカード	○	CFカード	CFカード	○	USBメモリ	○	SDカード		○
14	双葉町 山田	双葉町大字山田字北田179	帰還困難区域		○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ				○
15	双葉町 郡山	双葉町大字郡山字塚ノ腰93-1	帰還困難区域		○	○	○	USBメモリ	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード		○
16	双葉町 新山	双葉町大字長塚字町東154			○	○	○	USBメモリ	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ				○
17	双葉町 上羽鳥	双葉町大字上羽鳥字榎内287			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ				○
18	浪江町 浪江	浪江町大字権現堂字北深町43-1			○	○	○	USBメモリ	○		CFカード									○
19	浪江町 幾世橋	浪江町大字北幾世橋字植ノ畑11			○	○	○	USBメモリ	○		CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード	CFカード	○
測定項目数					19	19	19	19	19	17	19	2	2	2	10	10	6	6	4	19

「○」点検対象

UPZ局舎一覧表

局数	局舎名	住所	区域	点検頻度	局舎	測定機器											ソーラー 発電 システム	蓄電池 システム	非常用 発電機				
						テレメータ 装置	放射線測定装置						ダストモニタ(ろ紙交換あり)		気象観測装置								
							低線量率計	記録媒体	高線量率計	記録媒体	レコーダー	中性子線量 当量率計	記録媒体	レコーダー	記録媒体	記録媒体				レコーダー			
1	いわき市 小川	いわき市小川町上小川字表7-1		1回/月	○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード		○		○	
2	いわき市 久之浜	いわき市四倉町栗木作62-1			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○			○	SDカード		○		○
3	いわき市 下桶売	いわき市川前町下桶売字久保田122-3			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○			○	SDカード		○		○
4	いわき市 川前	いわき市川前町川前荷付場1-1			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○			○	SDカード		○		○
5	田村市 都路馬洗戸	田村市都路町古道字休場33-36			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード		○		○	○
6	南相馬市 泉沢	南相馬市小高区泉沢字大久195			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード		○		○	○
7	南相馬市 横川ダム	南相馬市原町区馬場字滝76-1			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○			○	SDカード		○		○
8	広野町 小滝平	広野町大字上浅見川字土ヶ目木1-7			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード		○		○	○
9	楢葉町 木戸ダム	楢葉町大字上小埴字シベソフ9			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード		○		○	○
10	川内村 下川内	川内村大字下川内字山梨作504-1			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード		○		○	○
11	浪江町 大柿ダム	浪江町大字室原字十年平地内			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード		○		○	○
12	浪江町 南津島	浪江町大字南津島字下冷田137-1	帰還困難区域		○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○			○	SDカード		○		○
13	葛尾村 夏湯	葛尾村大字落合字夏湯148-2			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード		○		○	○
14	南相馬市 萱浜	南相馬市原町区萱浜字巢掛場45-169			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード	○	CFカード	CFカード	○	USBメモリ	○	SDカード	CFカード		○		○
15	川俣町 山木屋	川俣町山木屋小塚山9-1			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード	CFカード		○		○
16	飯館村 伊丹沢	飯館村伊丹沢字伊丹沢580-1			○	○	○	CFカード	○	CFカード	CFカード				○	USBメモリ	○	SDカード	CFカード		○		○
測定項目数					16	16	16	16	16	16	16	1	1	1	16	11	16	16	3	13	3	16	

「○」点検対象

可搬型MP一覧表

局数	局舎名	住所	区域	点検頻度	局舎	測定機器			ソーラー発電システム	
						テレメータ装置	放射線測定装置			
							低線量率計	高線量率計		記録媒体
1	富岡町 深谷(可搬)	富岡町大字小良ヶ浜字深谷地内		1回/月			○	○	CFカード	○
2	大熊町 熊川(可搬)	大熊町大字熊川字八坂93-2	帰還困難区域				○	○	CFカード	○
3	浪江町 請戸(可搬)	浪江町大字請戸字持平56					○	○	CFカード	○
4	浪江町 棚塩(可搬)	浪江町大字棚塩字中舁倉64-1					○	○	CFカード	○
測定項目数					0	0	4	4	4	4

「○」点検対象

比較地点局舎一覧表

局数	局舎名	住所	区域	点検頻度	局舎	測定機器		
						テレメータ装置	放射線測定装置	
							低線量率計	記録媒体
1	郡山市 日和田	郡山市日和田町高倉字下中道116 (福島県農業総合センター)		1回/3か月		○	○	CFカード
2	いわき市 平	いわき市平字梅本15 (福島県いわき合同庁舎)				○	○	CFカード
3	福島市 杉妻	福島市杉妻町4-18 (県庁北駐輪場付近)				○	○	CFカード
測定項目数					0	3	3	3

「○」点検対象

モニタリングポスト管理表

局舎名： E P Z 様式

年 月 日 時 分

点検項目		点検内容	点検結果	異常内訳	現場での処置	備考
局舎	外壁	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	フェンス	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	扉	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	引込線	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 断線等 <input type="checkbox"/> その他		
	ブレーカ	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 電源断 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 投入	
	エアコン	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 停止 <input type="checkbox"/> 電源ランプ点滅 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 投入	
	電灯	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 点灯しない <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 点灯管交換 <input type="checkbox"/> 蛍光灯交換	
	その他	木の枝が支障となっていないか	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 木の枝	<input type="checkbox"/> 木の枝剪定	
テレメータ装置	データ表示盤	測定値、文字が正常に表示されているか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 表示内容異常 <input type="checkbox"/> その他		データ表示盤：
	UPS	アラームなどが発生していないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> アラーム鳴動 <input type="checkbox"/> 警報点灯 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> リセット	局舎内温度：
	温度警報装置	28℃以上の場合、エアコンの設定温度を変更する	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 28℃以上 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> エアコン設定変更	℃→℃
	子局ラック	異常ランプが点灯していないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 赤ランプ点灯 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> その他		
	その他		<input type="checkbox"/> 異常			
放射線測定装置	低線量率計	測定画面	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
		検出器外観	検出器にへこみ、汚れ、傷などの異常がないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> へこみ <input type="checkbox"/> 汚れ <input type="checkbox"/> 傷 <input type="checkbox"/> その他	
		加温制御装置	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 温度異常（設定は25℃） <input type="checkbox"/> その他	
		画面指示値	n Gy/h	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
	高線量率計	測定画面	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
		検出器外観	検出器にへこみ、汚れ、傷などの異常がないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> へこみ <input type="checkbox"/> 汚れ <input type="checkbox"/> 傷 <input type="checkbox"/> その他	
		加温制御装置	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 温度異常（設定は25℃） <input type="checkbox"/> その他	
		画面指示値	n Gy/h	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
	中性子線量当量率計	測定画面	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
		検出器外観	検出器にへこみ、汚れ、傷などの異常がないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> へこみ <input type="checkbox"/> 汚れ <input type="checkbox"/> 傷 <input type="checkbox"/> その他	
加温制御装置		正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 温度異常（設定は25℃） <input type="checkbox"/> その他		
記録計	画面指示値	μ Sv/h	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他		
記録計	CFカードの交換、USBデータ回収	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他			
その他		<input type="checkbox"/> 異常				
ダストモニタ	サンブラ部		正常に動作しているか、ろ紙外れ等ないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> ポビン外れ <input type="checkbox"/> ろ紙ずれ <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 接続調整
		ろ紙残量	1ヶ月未満の場合は交換する			<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 次回要交換
	測定部	測定画面	α cps β cps 流量 L/分	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
	記録計		CFカードの交換、USBデータ回収	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
	吸引口の清掃		メッシュなどに埃や塵などの異物が詰まっているか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 清掃有り <input type="checkbox"/> 清掃無し
その他			<input type="checkbox"/> 異常			
ダリアスアルモニタ	サンブラ部		正常に動作しているか、ろ紙外れ等ないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> ポビン外れ <input type="checkbox"/> ろ紙ずれ <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 接続調整
		ろ紙残量	1ヶ月未満の場合は交換する			<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 次回要交換
	測定部	測定画面	α cps β cps 流量 L/分	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
	記録計		USBデータ回収	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		
	吸引口の清掃		メッシュなどに埃や塵などの異物が詰まっているか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 清掃有り <input type="checkbox"/> 清掃無し
その他			<input type="checkbox"/> 異常			
気象観測装置	発信器	風向風速計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		温度計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		湿度計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		雨量計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		日射計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		放射収支計	装置の外観に損傷、異常はないか、ボリドームの破損有無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> ボリドーム交換
		気圧計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		感雨雪計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
	変換器		装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 電源断 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
	記録計		SDカード/CFカードの交換	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
その他			<input type="checkbox"/> 異常			
非常用発電機	発電機手動起動	5分間起動する 時 分～ 時 分	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	交流電圧(約100V)	V	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	直流電圧(約14V)	V	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	周波数(約50Hz)	Hz	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	運転積算時間	時間	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	燃料残量	燃料は十分か FULL 3/4 2/4 1/4 EMPTY	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 補充	
	潤滑油のにじみ	潤滑油の漏れ等があるか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	その他		<input type="checkbox"/> 異常			

作業者氏名

モニタリングポスト管理表

局舎名： UPZ様式

年 月 日 時 分

点検項目		点検内容	点検結果	異常内訳	現場での処置	備考
局舎	外壁	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	フェンス	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	扉	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	引込線	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 断線等 <input type="checkbox"/> その他		
	ブレーカ	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 電源断 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 投入	
	エアコン	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 停止 <input type="checkbox"/> 電源ランプ点滅 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 投入	
	電灯	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 点灯しない <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 点灯管交換 <input type="checkbox"/> 蛍光灯交換	
	その他	木の枝が支障となっていないか	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 木の枝	<input type="checkbox"/> 木の枝剪定	
テレメータ装置	データ表示盤	測定値、文字が正常に表示されているか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 表示内容異常 <input type="checkbox"/> その他		データ表示盤：
	UPS	アラームなどが発生していないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> アラーム鳴動 <input type="checkbox"/> 警報点灯 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> リセット	局舎内温度：
	温度警報装置	28℃以上の場合、エアコンの設定温度を変更する	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 28℃以上 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> エアコン設定変更	℃→℃
	子局ラック	異常ランプが点灯していないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 赤ランプ点灯 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> その他		
	その他		<input type="checkbox"/> 異常			
放射線測定装置	低線量率計	測定画面	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
		検出器外観	検出器にヘコみ、汚れ、傷などの異常がないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> ヘコみ <input type="checkbox"/> 汚れ <input type="checkbox"/> 傷 <input type="checkbox"/> その他	
		加温制御装置	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 温度異常（設定は30℃） <input type="checkbox"/> その他	
	高線量率計	測定画面	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
		検出器外観	検出器にヘコみ、汚れ、傷などの異常がないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> ヘコみ <input type="checkbox"/> 汚れ <input type="checkbox"/> 傷 <input type="checkbox"/> その他	
		加温制御装置	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 温度異常（設定は28℃） <input type="checkbox"/> その他	
	中性子線量当量率計	測定画面	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
		検出器外観	検出器にヘコみ、汚れ、傷などの異常がないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> ヘコみ <input type="checkbox"/> 汚れ <input type="checkbox"/> 傷 <input type="checkbox"/> その他	
		加温制御装置	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 温度異常（設定は28℃） <input type="checkbox"/> その他	
	記録計	画面指示値	n Gy/h	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
記録計	画面指示値	μ Sv/h	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他		
記録計	CFカードの交換		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他		
その他		<input type="checkbox"/> 異常				
ダストモニタ	サンブラ部		正常に動作しているか、ろ紙外れ等ないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> ポビン外れ <input type="checkbox"/> ろ紙ずれ <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 接続調整
		ろ紙残量	1ヶ月未満の場合は交換する			<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 次回要交換
	測定部	測定画面	α cps β cps 流量 L/分	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
	記録計	USBデータ回収		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
	吸引口の清掃	メッシュなどに埃や塵などの異物が詰まっているか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 清掃有り <input type="checkbox"/> 清掃無し	
その他		<input type="checkbox"/> 異常				
リアルタイムデータ	サンブラ部		正常に動作しているか、ろ紙外れ等ないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> ポビン外れ <input type="checkbox"/> ろ紙ずれ <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 接続調整
		ろ紙残量	1ヶ月未満の場合は交換する			<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 次回要交換
	測定部	測定画面	α cps β cps 流量 L/分	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
	記録計	USBデータ回収		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
	吸引口の清掃	メッシュなどに埃や塵などの異物が詰まっているか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 清掃有り <input type="checkbox"/> 清掃無し	
その他		<input type="checkbox"/> 異常				
気象観測装置	発信器	風向風速計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		温度計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		湿度計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		雨量計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		日射計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		放射収支計	装置の外観に損傷、異常はないか、ポリドームの破損	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> ポリドーム交換
		気圧計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		感雨雪計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
	変換器	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 電源断 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他		
	記録計	SDカード/CFカードの交換	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他		
その他		<input type="checkbox"/> 異常				
ソーラ発電装置	ソーラーパネル	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	充放電コントローラ	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	バッテリー	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 液漏れ <input type="checkbox"/> 異常ランプ <input type="checkbox"/> その他		
	耐雷トランス	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	配電盤	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	その他		<input type="checkbox"/> 異常			

モニタリングポスト管理表

局舎名： UPZ様式

年 月 日 時 分

点検項目		点検内容	点検結果	異常内訳	現場での処置	備考
非常用 発電機	発電機手動起動	5分間起動する 時 分～ 時 分	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	交流電圧(約100V)	V	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	直流電圧(約14V)	V	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	周波数(約50Hz)	Hz	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	運転積算時間	時間	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	燃料残量	燃料は十分か FULL 3/4 2/4 1/4 EMPTY	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 補充	
	潤滑油のにじみ	潤滑油の漏れ等があるか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	その他		<input type="checkbox"/> 異常			
					作業者氏名	

モニタリングポスト管理表

局舎名： UPZ様式（萱浜、伊丹沢、山木屋）

年 月 日 時 分

点検項目		点検内容	点検結果	異常内訳	現場での処置	備考
局舎	外壁	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	フェンス	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	扉	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	引込線	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 断線等 <input type="checkbox"/> その他		
	ブレーカ	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 電源断 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 投入	
	エアコン	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 停止 <input type="checkbox"/> 電源ランプ点滅 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 投入	
	電灯	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 点灯しない <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 点灯管交換 <input type="checkbox"/> 蛍光灯交換	
	その他	木の枝が支障となっていないか	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 木の枝	<input type="checkbox"/> 木の枝剪定	
テレメータ装置	データ表示盤	測定値、文字が正常に表示されているか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 表示内容異常 <input type="checkbox"/> その他		データ表示盤：
	UPS	アラームなどが発生していないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> アラーム鳴動 <input type="checkbox"/> 警報点灯 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> リセット	局舎内温度： ℃→℃
	温度警報装置	28℃以上の場合、エアコンの設定温度を変更する	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 28℃以上 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> エアコン設定変更	
	子局ラック	異常ランプが点灯していないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 赤ランプ点灯 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> その他		
	その他		<input type="checkbox"/> 異常			
放射線測定装置	低線量率計	測定画面	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
		検出器外観	検出器にヘコみ、汚れ、傷などの異常がないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> ヘコみ <input type="checkbox"/> 汚れ <input type="checkbox"/> 傷 <input type="checkbox"/> その他	
		加温制御装置	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 温度異常（設定は25℃） <input type="checkbox"/> その他	
	高線量率計	測定画面	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
		検出器外観	検出器にヘコみ、汚れ、傷などの異常がないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> ヘコみ <input type="checkbox"/> 汚れ <input type="checkbox"/> 傷 <input type="checkbox"/> その他	
		加温制御装置	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 温度異常（設定は25℃） <input type="checkbox"/> その他	
	中性子線量当量率計	測定画面	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
		検出器外観	検出器にヘコみ、汚れ、傷などの異常がないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> ヘコみ <input type="checkbox"/> 汚れ <input type="checkbox"/> 傷 <input type="checkbox"/> その他	
		加温制御装置	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 温度異常（設定は28℃） <input type="checkbox"/> その他	
	記録計	画面指示値	n Gy/h	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
記録計	画面指示値	μ Sv/h	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他		
記録計	CFカードの交換		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他		
その他		<input type="checkbox"/> 異常				
ダストモニタ	サンブラ部		正常に動作しているか、ろ紙外れ等ないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> ポビン外れ <input type="checkbox"/> ろ紙ずれ <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 接続調整
		ろ紙残量	1ヶ月未満の場合は交換する			<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 次回要交換
	測定部	測定画面	α cps β cps 流量 L/分	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
	記録計	USBデータ回収		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
	吸引口の清掃	メッシュなどに埃や塵などの異物が詰まっているか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 清掃有り <input type="checkbox"/> 清掃無し	
その他		<input type="checkbox"/> 異常				
リアルタイムデータ	サンブラ部		正常に動作しているか、ろ紙外れ等ないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> ポビン外れ <input type="checkbox"/> ろ紙ずれ <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 接続調整
		ろ紙残量	1ヶ月未満の場合は交換する			<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 次回要交換
	測定部	測定画面	α cps β cps 流量 L/分	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
	記録計	USBデータ回収		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
	吸引口の清掃	メッシュなどに埃や塵などの異物が詰まっているか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 清掃有り <input type="checkbox"/> 清掃無し	
その他		<input type="checkbox"/> 異常				
気象観測装置	発信器	風向風速計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		温度計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		湿度計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		雨量計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		日射計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		放射収支計	装置の外観に損傷、異常はないか、ポリドームの破損	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> ポリドーム交換
		気圧計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
		感雨雪計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	
	変換器	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 電源断 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他		
	記録計	SDカード/CFカードの交換	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他		
その他		<input type="checkbox"/> 異常				
電源バックアップ	異常表示灯	異常表示灯が点灯していないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 点灯 <input type="checkbox"/> その他		
	バッテリーレベルメーター	点灯位置は正常か	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> その他		
	バッテリー	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 液漏れ <input type="checkbox"/> 異常ランプ <input type="checkbox"/> その他		
	耐雷トランス	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	配電盤	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	その他		<input type="checkbox"/> 異常			

モニタリングポスト管理表

局舎名： UPZ様式（萱浜、伊丹沢、山木屋）

年 月 日 時 分

点検項目		点検内容	点検結果	異常内訳	現場での処置	備考
非常用 発電機	発電機手動起動	5分間起動する 時 分～ 時 分	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	交流電圧(約100V)	V	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	直流電圧(約14V)	V	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	周波数(約50Hz)	Hz	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	運転積算時間	時間	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	燃料残量	燃料は十分か FULL 3/4 2/4 1/4 EMPTY	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 補充	
	潤滑油のにじみ	潤滑油の漏れ等があるか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
	その他		<input type="checkbox"/> 異常			
					作業者氏名	

モニタリングポスト管理表

局舎名： 比較様式

年 月 日 時 分

点検項目		点検内容	点検結果	異常内訳	現場での処置	備考
テレメータ装置	データ伝達用PC	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 表示内容異常 <input type="checkbox"/> その他		データ表示盤： 局舎内温度：
	UPS	アラームなどが発生していないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> アラーム鳴動 <input type="checkbox"/> 警報点灯 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> リセット	
	子局ルータ	異常ランプが点灯していないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 赤ランプ点灯 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> その他		
	その他	PCの電源がおちていないか	<input type="checkbox"/> 異常			
放射線測定装置	低線量率計	測定画面	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
		検出器外観	検出器にへこみ、汚れ、傷などの異常がないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> へこみ <input type="checkbox"/> 汚れ <input type="checkbox"/> 傷 <input type="checkbox"/> その他	
		加温制御装置	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 温度異常（設定は25℃） <input type="checkbox"/> その他	
		画面指示値	nGy/h	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
	記録計	CFカードの交換、USBデータ回収	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他		
その他		<input type="checkbox"/> 異常				
作業者氏名						

モニタリングポスト管理表

局舎名： 可搬型様式

年 月 日 時 分

点検項目		点検内容	点検結果	異常内訳	現場での処置	備考
局舎	フェンス	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	扉	損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	ソーラーパネル	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	バッテリー	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 液漏れ <input type="checkbox"/> 異常ランプ <input type="checkbox"/> その他		
	感雨雪計	装置の外観に損傷、異常はないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> その他		
	その他	木の枝が支障となっていないか	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 木の枝	<input type="checkbox"/> 木の枝剪定	
放射線測定装置	低線量率計	測定画面	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	データ表示盤：
		画面指示値	n Gy/h	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
	高線量率計	測定画面	正常に動作しているか、異常表示はされていないか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異常サイン <input type="checkbox"/> その他	
		画面指示値	n Gy/h	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 異常値表示 <input type="checkbox"/> その他	
	記録計	記録紙、CFカードの交換	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他		
	データ表示盤	測定値、文字が正常に表示されているか	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 未表示 <input type="checkbox"/> 表示内容異常 <input type="checkbox"/> その他		
	その他		<input type="checkbox"/> 異常			
					作業者氏名	