

入札説明書等に関する回答書

令和7年8月22日

福島県出納局入札用度課長
福島県教育庁施設財産室長

案件名	万能試験機 1式
質 問 事 項	
①仕様書4規格等－5つかみ具・棒直径「直径φ6mm以上～φ40mm以上であること」とありますが、想定品2「UH-300kNX」（島津製作所）では丸棒用はφ8mmからラインナップしておりますが、問題無いでしょうか。 ②仕様書9、10は曲げ試験用の仕様かと思いますが、付属品として曲げ治具も必要でしょうか。	
回 答 事 項	
①想定品2「UH-300kNX」（島津製作所）の丸棒（φ8mmからラインナップ）でも仕様を満たすものとし、「問題無し」とします。（仕様書表記がわかりずらいため、表記を「直径φ8mm～φ40mmの範囲内であること」に修正します。） ②今回は「抗折・曲げ試験機能」は使用しない形での納品を想定しています。（将来的には使用予定です。）よって、曲げ治具の付属は不要とします。（仕様書に上記内容を追記します。） なお、入札説明書に上記内容を追記しましたのでご確認ください。	