

仕 様 書

1 機器の品名、メーカー、規格、形式等

品 名	規格、形式等【想定品】	数 量
生体情報セントラル モニタ 一式	InteliVue インフォメーションセンタ iX 他 【機器構成】 ・ PIC iX ハードウェア 2 台 ・ タッチ式ワイド液晶ディスプレイ 4 式 ・ A4 プリンタ 2 式	一式

※ 当院で使用しているフィリップス社製生体情報モニタと接続し、現運用と同様の機能、操作方法を担保できる機能を有すること。

2 納搬入、設置条件、調整等に関すること

- (1) 納入に係る一切の費用については、落札者の負担とする（設置に係る工事費、調整費、接続費等を含む）。
- (2) 納入機器は当院が指定する院内の場所に搬入、調整し、転倒防止策を講じた上で、納品すること。
また、搬入、納品を行う際は、当院の希望に沿うよう日程調整を行うこと。
- (3) 電気を使用する機器については、電気容量、入力電圧、漏電対策等を当院と事前に調整の上、必要な措置を講ずること。

3 保守体制に関すること

- (1) 当院から要請があった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。
- (2) 納品から 1 年間は機器が正常に稼働するために必要な保守を無償で行うこと。
- (3) 機器の部品を準備し、適正な価格で提供すること

4 その他

- (1) 稼働に当たり、落札者の負担において当院に操作説明員を派遣し、説明を行うこと。
また、その後必要に応じて派遣又は電話の対応等の体制を確保すること。
- (2) 本仕様に明記されていない事項であっても、本機器の運用上必要な事項は、怠りなく装備又は施工し、疑義については当院と協議し、その指示に従うこと。