

仕様書

1 品目及び数量		
	X線骨密度測定装置 PRODIGY Fuga-C Lite	1台
	ecCORE専用コンソールPC	1
	PRODIGYシリーズ用電源ケーブル	1
	enCOREソフトウェア	1
	PRODIGYソフトウェアパッケージLite	1
	Integrated TBS（海綿骨構造仕様）	1
	操作用モニタ	1
	Japan Keyboard	1
	50ftケーブル	1
	インターロック用エクスターナルオプションキット	1
	専用外付けDVDドライバー	1
	USB HDD	1
	製品パネル PRODIGY Fuga-C Lite	1
	X線用インターロックボックスキット(Luner)	2
	Lunar OAラック	1
	操作用椅子	1
	矢崎CHA-4・ステップ台	1
	レーザープリンタ	1
	Lunar搬入・据付・調整費	1
	モニタ/PC用電源ケーブル	1
	TAP(2m)	1
	Prodigy機器導入時トレーニング1日(保証期間内有効)	1式

	アドバンテージネットワーク接続3台以内(Lunar同時契約用/検収後2年間有効)	1式
	ADVANTAGE NW RIS接続作業(Lunar用検収後2年間有効)	1式
	既存PACS再接続費用	1式
	既存RIS再接続費用	1式
	既存骨密度装置撤去費	1式

2 納搬入、設置条件及び調整等に関すること

- (1) 納入に係る一切の費用については、落札者の負担とする。
- (2) 納入機器は当院が指定する院内の場所に搬入、調整し、転倒防止策を講じた上、納品すること。
また、搬入、納品を行う際は、当院の希望に沿うように日程調整を行うこと。
- (3) 電気を使用する機器については、電気容量、入力電圧、漏電対策を当院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

3 保守体制に関すること

- (1) 当院から要請があった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。
- (2) 納品から1年間は機器が正常に稼働するために必要な保守、点検(定期交換部品を含む)を無償で行うこと。
- (3) 機器の部品は準備し、適正な価格で提供すること。

4 その他

- (1) 稼働にあたり、落札者の負担において当院に操作説明員を派遣し、教育訓練を行うこと。
また、その後必要に応じて派遣または電話の対応等の体制を確保すること。
- (2) 本仕様に明記されていない事項であっても、本機器の運用上必要な事項は、怠りなく装備あるいは施工し、疑義については当院と協議し、その指示に従うこと。