

## 濁度計測システムの修繕 仕様書

### 1 名称及び数量

濁度計測システムの修繕 5式

### 2 履行期限

令和8年3月27日（金）

### 3 納入先

福島県環境創造センター本館（福島県田村郡三春町深作10-2）

### 4 修繕の内容

#### （1）濁度計測システムの修繕

以下に掲げる（株）セネコム製の濁度計測システム（SE-TBV3000）について、次のとおり修繕を行うこと。

備品番号	品名	修繕内容	備考
H29-4-1	濁度計測システム	・濁度センサの修繕（型式：SE-TBV3000-30）	ケーブル長 30 m
H30-1-1	濁度計測システム	・濁度センサの修繕（型式：SE-TBV3000-30）	ケーブル長 30 m
H30-3-1	濁度計測システム	・濁度センサの修繕（型式：SE-TBV3000-30）	ケーブル長 30 m
R1-3-1	濁度計測システム	・濁度センサの修繕（型式：SE-TBV3000-40）	ケーブル長 40 m
R1-3-2	濁度計測システム	・濁度センサの修繕（型式：SE-TBV3000-40）	ケーブル長 40 m

#### （2）動作及び正常性の確認

センサの修繕を実施後、動作及び測定値の正常性について確認を行い、報告書（様式任意）により報告すること。

### 5 その他

#### （1）運送・搬入に係る費用は受注者が負担すること。

#### （2）引き取り及び納品の時期については、予め発注者である福島県環境創造センターの担当者と協議すること。