

全身用コンピューター断層撮影装置（CT）保守業務委託 仕 様 書

1 保守対象

- (1) 事業所名 福島県ふたば医療センター附属ふたば復興診療所
(以下「委託者」という。)
- (2) 所在地 福島県双葉郡楡葉町大字北田字中満289番-1
- (3) 対象機器 全身用コンピューター断層撮影装置 一式
東芝メディカルシステムズ（株）製
16列CT Aquilion Lightning
【内訳】 数量は各1点
スキャナ本体：TSX-035A/3B
フライスルーソフト：CFT-03A/2A
体脂肪面積計測ソフトウェア：CSFM-001A/2A
フットスイッチ：CAFS-008A/1A
メタルレス フットレス PCシステム用：CAEX-008A/1A
フットレスト用マット：CAFM-002A/1A
アームアップホルダ：CAAH-014A/1A
三角マット 寝台用：CAFM-002A/1A

2 業務の内容

(1) 点検

ア 定期点検 2回/年（6か月に1回程度）

【点検内容】

- ・ガントリ内部の確認（DAS温調器、ファン等）
- ・ガントリ内の締結部確認
- ・ガントリ操作パネルおよびセンサの確認
- ・ガントリの電源電圧確認及びバッテリー交換
- ・ガントリ内部の清掃（ファンフィルタ、油漏れ確認、大電流スワップリング）
- ・熱交換器の清掃
- ・X線系調整及び出力確認
- ・コンソール部の清掃
- ・寝台内部点検

- ・安全回路動作の確認
- ・ガントリ位置決め投光器照射位置の確認
- ・緊急停止ボタンの機能確認
- ・ガントリカバーの取り付け及び干渉確認
- ・インタロックの動作確認
- ・画像ノイズ、CT値の確認

イ 追加訪問点検 1回/年

(2) その他

ア オンコール作業

イ 定期交換部品及び修理部品の交換作業（部品費含む）

ウ 下記推奨交換部品の交換作業（部品費含む）

- ・ CUSHION : 2 X 0 9 - 0 7 9 8 9 * B
- ・ FASTENER : 3 X 0 9 - 0 4 8 7 3 * B
- ・ FASTENER : 3 X 0 9 - 0 4 8 7 4 * D
- ・ FASTENER : 3 X 0 9 - 0 4 8 7 5 * B
- ・ FASTENER : 3 X 0 9 - 0 4 8 7 7 * A
- ・ FASTENER : 3 X 0 9 - 0 4 8 7 8 * A
- ・ MT-TABLE : B S X 7 8 - 0 8 3 2
- ・ WEDGE : 3 X 0 9 - 0 0 6 4 4 * A

エ 特定保守管理機器CXB-200F/1A一式の交換作業（部品費・構成ユニット含む）

オ リモートメンテナンス

3 契約期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

4 完了報告

点検・修理等の有無に関わらず、先月分の業務報告書を翌月10日までに委託者に提出すること。また、点検・修理等を行った際は、実施報告書を速やかに委託者に提出すること。

5 その他

疑義が生じた場合は、委託者と協議の上、決定すること。