

一般競争入札に関する回答書

令和 8 年 8 月 2 4 日

福島県ハイテクプラザ所長

公 告 日	令和 8 年 8 月 1 7 日
件 名	ナノインデンテーション試験委託
質 問 事 項	
・樹脂の種類（熱硬化性など、可能な範囲で構いません） ・もしわかるようであれば、大体の硬さ ・試験体、試験条件、解析方法等の情報を試験依頼時に伝達する、との記載がありますが、周波数についてもご指示いただけるでしょうか？ また、項目のみでも良いので、ご指示いただく試験条件の内容を事前に教えて頂くことは可能でしょうか？	
回 答	
・樹脂の種類：熱硬化性 ・硬さ：インデンテーション硬さで 0.1～100MPa（試験片による） ・周波数：100Hz を想定しています。 ・押し込み深さ：100nm を想定しています。 ・その他試験条件：今回の委託は、仕様書の試験項目を満たすための試験条件検討も含めた試験委託となっておりますので、お答えできません。	